Informations importantes

sur les cathéters permanents tunnélisés si l'épanchement ne peut pas être drainé

ewimed

Informations

pour les patients

ewimed

A apporter à l'hôpital ou chez votre médecin

Emportez toujours le matériel et les documents suivants si vous devez vous rendre aux urgences ou si vous avez un rendez-vous chez le médecin ou à l'hôpital:

1 | 1 – 2 kits de drainage (drainova®, ewimed ou PleurX™)
- pour un drainage sûr et facile de l'épanchement
- pour le changement de pansement

2 | **Les lignes de rinçage drainova® & le drainova® clickFix ou les lignes de drainage PleurX™**
- pour prélever un échantillon stérile de l'épanchement
- pour rincer le cathéter s'il est obstrué

3 | **La brochure „Instruction de drainage et informations de commande" et la brochure „Informations importantes".**

Pas d'épanchement – pas de symptôme

Si vous aviez moins ou plus du tout de liquide lors des 3-4 derniers drainages, il est possible qu'une pleurodèse spontanée (adhérence des feuillets pleuraux) soit intervenue ou que le liquide ne s'accumule plus grâce à votre traitement et/ou aux médicaments que vous prenez. Dans ce cas veuillez discuter de la suite de la procédure avec votre médecin.

Pas d‘épanchement mais avec des symptômes

Si vous n‘arrivez pas à drainer le liquide mais que vous avez des symptômes telles que difficultés respiratoires ou prise de poids, il est possible que la valve de sécurité du cathéter ou l‘embout d‘insertion spécifique soit obstrué.

1 | Essayez d‘enlever le dépôt qui obstrue la valve de sécurité ou l‘embout d‘insertion spécifique du cathéter en comprimant et/ou en massant le cathéter.

2 | Parfois le drainage peut être stimulé en toussant légèrement et/ou en modifiant votre position, par exemple en vous mettant en position latérale, en vous asseyant, en vous penchant légèrement vers l‘avant ou en vous mettant debout.

3 | Si aucun liquide ne vient même en ayant effectué les actions citées aux deux points précédents, changez le réservoir / la bouteille / la poche de recueil. Un dépôt de fibrine ou un caillot de sang peut avoir obstrué l‘embout d‘insertion spécifique de la valve du cathéter lors de la connexion.

S‘il ne vous est toujours pas possible de drainer l‘épanchement, discutez de la suite de la procédure avec votre médecin.

Informations

pour les médecins ou les soignant(e)s

ewimed

Si le cathéter ou la valve de sécurité du cathéter est obstrué, un médecin ou un professionel de la santé (sur ordre médical) peut rincer le cathéter.

Matériel nécessaire pour le rinçage

Ligne de rinçage ou de drainage (drainova® art. n°6060/2 ou PleurX™ art. n°50-7245A)

- provenant de l'entreprise ewimed Switzerland AG

Robinet 3 voies (par ex. Discofix® C BBraun)

- provenant de l'hôpital, de la clinique, de votre médecin traitant ou de la pharmacie.

Seringue de NaCl 0.9 % (par ex. Omniflush® BBraun)

- provenant de l'hôpital, de la clinique, de votre médecin traitant ou de la pharmacie.



Recommandations pour la réalisation du rinçage

Le cathéter doit être rincé dans des conditions stériles. Tous les dispositifs utilisés sont à usage unique.

1 | Raccordez la ligne de drainage ou la ligne de rinçage au robinet 3 voies et purgez-la en la remplissant de NaCl 0.9 %.



drainova® ligne de rinçage

PleurX™ ligne de drainage robinet 3 voies

2 | Raccordez la ligne de drainage ou la ligne de rinçage à la valve de sécurité du cathéter et rincez-la avec environ 7 – 10ml de NaCl 0.9 %, puis aspirez de nouveau.

Pour information: 7 ml de NaCl correspond au volume de la ligne de drainage et du cathéter jusqu'à son point de sortie du corps.



cathéter tunnélisé permanent PleurX™ ligne de drainage

drainova® ligne de rinçage

3 | Effectuez ensuite un drainage avec un nouveau kit de drainage, désinfectez la valve de sécurité du cathéter avec un tampon d'alcool et fermez-la avec un nouveau capuchon de valve stérile.

Voir les instructions de drainage (www.ewimed.ch/fr/downloads)

ewimed

ECH_B0003FR_R004_2023-12
15.711._Wichtige Information für Patienten_FR
© ewimed Switzerland AG / 01.01.2024

ewimed Switzerland AG | Freiburgstrasse 453 | CH-3018 Bern | Phone +41 31 958 66 66
info.ch@ewimed.com | www.ewimed.ch